


ifm electronic



Notice de Montage  
Adaptateur

**efector500<sup>®</sup>**

**E30116**


**FR**

05/2011

706015/00

ifm electronic gmbh • Friedrichstr. 1 • 45128 Essen • Germany  
<http://www.ifm.com> • e-mail: [info@ifm.com](mailto:info@ifm.com)

# Montage capteur - adaptateur



- Graisser légèrement les filetages et les zones d'étanchéité du capteur et de l'adaptateur avec la pâte lubrifiante (A).  
La pâte doit être appropriée et homologuée pour l'application ainsi que compatible avec les élastomères utilisés.
- Visser le capteur dans l'adaptateur à la main jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
- Serrer le capteur et l'adaptateur dans un dispositif de serrage (B).  
Ne serrer le dispositif de serrage que légèrement pour que l'adaptateur ne se déforme pas.
- Serrer le capteur (couple de serrage: 20 Nm).

Données techniques et informations supplémentaires sur [www.ifm.com](http://www.ifm.com)